CarBonee カーボニー Light ライト

CBブレース

適応症例：軽度の変形性膝関節症に（内反変形）
使用用途：膝関節の保持・矯正

特許第 2903509 号

CBブレースとは

独自の特許技術に基づき製造されるセンターブリッジ（Center Bridge：CB）により、支持性（強度）を落とすことなく世界最軽量化（約79g ／フレームのみ）を実現。



各部の名称

1. CBバー（センターブリッジ）
2. 大腿支柱
3. 下腿支柱
4. 継手
5. 太ももバンド
6. ふくらはぎバンド
7. アシストベルト
8. 外側パッド
9. パッド基部



各部の素材
❶アルミ合金　❷❸❹新素材カーボン・熱可塑性樹脂❺❻❼オペロン・ダクロン・面ファスナー❼内側：ネオプレン　❽ネオプレン　❾軟ポリ


膝前面図
（イメージ）

CBブレース ビフォー・アフター

CBブレース装着前

筋力のバランスが崩れ大腿骨と脛骨が当たり痛む状態

CBブレース装着後

3 点支持矯正により筋力バランスが改善し痛みが軽減

膝前面図
（イメージ）

⚠ ご使用上の注意

1. 肌への直接の装着は、**かぶれ等の原因になります。**
先に同梱の**インナーサポーターをご着用ください。**また、インナーサポーターは適宜洗濯を行い、清潔な状態でご着用ください。

2. 長時間の装着は、**脚のむくみや肌トラブルの原因になります**ので、**安静時には時々取り外す**ことをお勧めします。

3. 就寝時の装着は、**脚のむくみや肌トラブル、ケガの原因となります**のでおやめください。

4. 入浴時の使用は、**故障につながります**のでおやめください。

5. 洗濯機の使用は、**故障につながります**のでおやめください。
海水や多量の汗が付着した場合は、腐食・サビにより**故障の原因になります**ので、**中性洗剤で手洗いの上、陰干ししてください。**

6. 誤った装着は、**効果を十分に発揮することができません。**また、**ズレ落ちや脚のむくみ、肌トラブルの原因になります。**裏面の装着手順書をご覧になり、**毎回正しい装着を心がけてください。**

7. ご使用者ご自身での調整・修理・改造は、**脚のむくみや肌トラブル、ケガの原因となります**ので**絶対におやめください。**
故障したり、違和感を感じた際には**装具担当者にご相談ください。**

8. 以下の様な場合は、**使用を中止し、医師の診断と手当を受けてください。**
症状の悪化や事故など、重大な事態を招くおそれがあります。
・装着部にケガや骨折などの外傷を負った
・痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの症状が生じた

お問い合わせ
株式会社 佐喜眞義肢
〒904-1201 沖縄県国頭郡金武町字金武 10914
ヒザツーコナイ
0120-132571
Eメール／ info@cb-sakima.jp
取扱店

CBブレース

CarBonee カーボニー Light ライト 装着手順書 右脚

ご使用者さま向け

左脚についての手順書はございません。以下を参考に、鏡写しにお考えの上装着ください。

正しい姿勢

椅子に浅く腰かけ、
装着する脚は半歩前へ



正しい持ち方

継手部分を両手で持ち、
パッドを親指で外側にめくる



外側から見た図



1 膝の中心に継手をはめる

2 ふくらはぎバンドをとめる

3 太ももバンドをとめる

上から見た図

立ち上がってチェック!!





正面　横

ずり落ちるときは…

ふくらはぎバンドの締め具合を確認の上、調整してください。装具が正しい位置にフィットします。

- **A 赤色部分にすき間がないように**（指が入るようではダメ）
- **B 水色部分は気持ちゆるめに**